

乾燥設備每年定期檢查紀錄表

單位系所: _____

設備名稱(編號): _____

檢查日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

項次	檢查部份(項目)	檢查方法	檢查結果	改善措施	備註
1	內面、外面及外部構造有無損傷、變形或腐蝕。				
2	危險物之乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體、蒸氣及粉塵等之設備有否異常。				
3	附屬之電氣機械器具或配線有否異常				
4	內部溫度測定、壓力計測及控制儀錶等裝置有無異常				
5	窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部是否異常				
6	使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥設備，燃燒室或點火處之換氣設備是否異常。				
7	其他				
注意事項	1. 各單位得視現場情況自行增減或修訂其項目且應詳實記錄。 2. 檢查結果正常狀態打√，異常狀態打X，不適用打-。 3. 依據法令：職業安全衛生管理辦法第27條、第80條辦理 4. 本紀錄表應留存三年。				

檢查人員(簽章)：

負責人(簽章)：